



Montageanleitung

Set Normschiene Fußende

für Stryker Power-PRO 2





1 Lieferumfang

Bezeichnung	Artikel	Anzahl
A	Verbindungsblech klein	1
B	Verbindungsblech groß mit Füllplatte	1
C	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant M6 x 16 schwarz	6

2 Benötigte Werkzeuge/Material

Inbusschlüssel Gr. 4


Schraubensicherung mittelfest




In dieser Montageanleitung wird die Montage auf der rechten Patientenseite der Stryker Power-PRO 2 beschrieben. Die Montage des linksseitigen Sets Normschiene Fußende erfolgt analog zu der hier beschriebenen Montage.

3 Montage


Montageschritt 1: Positionierung des Sets Normschiene Fußende an der Trage



Montageschritt 2: Montage des Sets Normschiene Fußende an der Trage



4 Finale Ansicht



Artikelnummer/-n	17217, 17218
Letzte Änderung am	18.04.2024
Letzte Änderung durch	Stefan Fischer
Version des Dokuments	2.0